Accesorios

Accesorios de IntelliVue TcG10

Puede solicitar piezas y accesorios al departamento de fungibles de Philips en www.medical.philips.com o consultar a su representante local de Philips para obtener información detallada.

ADVERTENCIA Utilice únicamente accesorios aprobados por Philips. Los accesorios que no estén aprobados por Philips podrían afectar al funcionamiento y rendimiento del sistema y pueden suponer un peligro.

Descripción	Número de referencia
Cable de interfase de 1,5 m (5 pies)	M8081-61001
Instrucciones de uso de IntelliVue TcG10 (en español)	4535 641 91521

tc Sensor 84 y accesorios de Radiometer

Puede solicitar piezas y accesorios de Radiometer en www.radiometer.com o consultar a su representante local de Radiometer para obtener información detallada.

ADVERTENCIA **Reutilización:** nunca reutilice accesorios desechables que estén diseñados para un solo uso o para un solo paciente. La reutilización puede comprometer el funcionamiento correcto del dispositivo y el rendimiento del sistema y puede suponer un riesgo potencial.

ADVERTENCIA **Riesgo de mediciones incorrectas:** la utilización de sensores, cables y accesorios que no sean los especificados puede dar lugar a un aumento de las emisiones o a un descenso de la inmunidad, así como a lecturas imprecisas del IntelliVue TcG10.

NOTA Las membranas tc Sensor 84, los anillos de fijación y los anillos adhesivos están diseñados para su uso con un solo paciente.

Descripción	Número de referencia
tc Sensor 84 (tcpCO ₂ /tcpO ₂ combinada)	945-737
Kit de membrana 84, contiene 12 preparadores y 1 electrolito (10 ml)	905-871
Kit N20 de anillos de fijación contiene 1 dispensador, 1 rollo de 60 anillos (20 mm) y 1 ampolla de gel de contacto (10 ml)	905-873
Kit N20 de anillos adhesivos contiene 1 dispensador, 1 rollo de 250 anillos (20 mm) y 1 ampolla de gel de contacto (10 ml)	905-872
Gel de contacto para sensor (1 × 10 ml)	0603210
Gel de contacto (10 × 10 ml)	0603210.10
Gas de calibración 1: CO ₂ al 7,5%, O ₂ al 20,9%, balance de N ₂ , 180 ml (9,7 bares)	962-202
Junta de la cámara de calibración	837-048